

Protocole de test avec eau

pour le contrôle annuel des compteurs à lait dans les exploitations de herd-book

ASR

Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter
Communauté de travail des éleveurs bovins suisses

Informations sur l'exploitation

Nom, prénom: _____ No de client Organisme de contrôle: * _____ No BDTA: ** _____

Adresse: _____ Type de compteur à lait (MMM): _____

Système de traite: _____ Organisation d'élevage: _____

* Si géré par l'organisme de contrôle.

** A préciser, si disponible.

Informations sur l'organisme de contrôle

Organisme de contrôle: _____ Entreprise de traite: _____ Nom, prénom contrôleur/-euse: _____

Résultats

No débitmètre	No CTEBS	Valeur indiquée 1. / 2. / 3. Mesure ***			Résultats 1. / 2. / 3. Mesure						Valeur moyenne / Écart valeur de consigne (%) ***	Valeur moyenne après cor- rection ***	Constante du récipient de mesure ***
					En ordre			Pas en ordre					
_____	_____	1.____	2.____	3.____	1.□	2.□	3.□	1.□	2.□	3.□	____/____	_____	_____
_____	_____	1.____	2.____	3.____	1.□	2.□	3.□	1.□	2.□	3.□	____/____	_____	_____
_____	_____	1.____	2.____	3.____	1.□	2.□	3.□	1.□	2.□	3.□	____/____	_____	_____
_____	_____	1.____	2.____	3.____	1.□	2.□	3.□	1.□	2.□	3.□	____/____	_____	_____
_____	_____	1.____	2.____	3.____	1.□	2.□	3.□	1.□	2.□	3.□	____/____	_____	_____
_____	_____	1.____	2.____	3.____	1.□	2.□	3.□	1.□	2.□	3.□	____/____	_____	_____
_____	_____	1.____	2.____	3.____	1.□	2.□	3.□	1.□	2.□	3.□	____/____	_____	_____
_____	_____	1.____	2.____	3.____	1.□	2.□	3.□	1.□	2.□	3.□	____/____	_____	_____

*** Certains contrôles de débitmètres nécessitent plus d'une mesure ainsi que des données supplémentaires. Veuillez consulter les directives ICAR à ce sujet.

☐ Vignette marquée d'une croix et collée

Exploitations qui utilisent également le débitmètre ou remarques: _____

Date: _____ Signature du client: _____ Signature/sceau du contrôleur/-euse: _____

Remarques

Contrôle de l'absence de fissures ou de dommages superficiels, tous les chiffres de l'échelle doivent être lisibles.
Dans le cas contraire, les cylindres gradués doivent être remplacés.

Directives ICAR

Les mesures relatives à la quantité d'essai ainsi qu'aux quantités cibles doivent être effectuées et évaluées conformément aux directives ICAR actuellement en vigueur:

QR-Code



Lien vers le site web

<https://www.icar.org/index.php/certifications/icar-certifications-for-milk-meters-for-cow-sheep-goats/certified-milk-meters/>